



Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w związku z ogłoszonym postępowaniem nr ZS/4/2020/SzP:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytania dot. zapytania ofertowego nr ZS/4/2020/SzP część 5:

- **Poz. 1 – Twardościomierz**

Chcielibyśmy zauważyć, że nie ma twardościomierza mobilnego z powtarzalnością pomiaru **0,08%**.

Czy Zamawiający nie oczekuje twardościomierza z powtarzalnością pomiaru **0,8%** ???

Zamawiający informuje, że oczekuje twardościomierza z powtarzalnością 0,8% dla 800 HDL. W opisie nastąpiła oczywista omyłka pisarska.

- **Poz. 3 – Czujnik**

Podane przez Zamawiającego wymiary podstawy statywu do czujnika nie są istotnym parametrem metrologicznym.

Czy Zamawiający dopuszcza **wymiary podstawy 50x60x55 mm** ?

Zamawiający dopuści wymiary podstawy 50x60x55 mm.

- **Poz. 5 – Głębokościomierz**

Co Zamawiający rozumie przez podanie parametrów:

- szerokość stopy 100 mm

- długość poprzeczki 63 mm

Czy te parametry nie odnoszą się do tego samego?

Czy Zamawiający dopuszcza **szerokość stopy/długość poprzeczki ok. 100 mm** ?

Zamawiający dopuszcza **szerokość stopy/długość poprzeczki ok. 100 mm**

- **Poz.6 ppkt.IV - Mikrometr zewnętrzny 75-100mm**

W tytule/nazwie pozycji jest napisane „Mikrometr zewnętrzny 75-100mm” natomiast w tabeli z wymaganiami podano: „zakres pomiarów 50-75 mm”.

Czy Zamawiający oczekuje mikrometru o zakresie pomiarowym **75-100 mm** ?

Zamawiający oczekuje mikrometru o zakresie pomiarów 75-100 mm. We wskazanym przypadku nastąpiła omyłka pisarska.